

附件 3

政府采购进口产品专家论证意见公示

一、采购人名称：广西壮族自治区胸科医院

二、项目编号：

三、采购项目名称：医疗设备

四、拟采购进口产品清单

序号	产品名称	采购数量	单位	预算金额 (万元)	简要技术要求、用途
1	内镜超声小探头系统	1	套	198	提供电子扫描和机械扫描，多种显示模式。在现有电子内镜显示器画面上同时显示内镜图像和超声图像。兼容超声小探头、超声电子扫描内镜、机械扫描内镜。主要用于消化道内超声检查，对消化道隆起病变具有准确的定位作用，有助于分辨出病变位于消化管壁的准确位置，探查病变浸润管壁的深度、判断病灶的囊实性。

五、相关单位和个人对专家论证意见有异议的，可以自本公示发出之日起5个工作日内，将书面意见（包括异议具体事项和内容、联系人姓名和联系方式等）反馈至采购人。

1. 采购人：广西壮族自治区胸科医院

地址：广西柳州市羊角山路 8 号

联系人：覃鲁财

电话：0772-3130415

传真：0772-3113818

2. 政府采购监督管理部门：广西壮族自治区卫生健康委

地址：广西壮族自治区南宁市新民路 2 号

联系人：覃璨

电话：0771-2803625

广西壮族自治区胸科医院

2022 年 6 月 15 日

